

Toiletsæde Dania med låg, 50 mm forhøjet
Med styrebuffer og specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Inkl. stænkskærm.


Varenummer	R43000 VVS: 615697000 NRF: 6191645 EAN: 5708590186696 HMI: 88826 NBS: N13:300 DB: 2296032
	Toiletsæde Dania, med 50 mm forhøjere, med låg, inkl. stænkskærm.



Farve	Hvid
Beskrivelse	Toiletsæde Dania, med 50 mm forhøjere, med låg, inkl. stænkskærm.







Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m3) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m3. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Dette produkt er testet statisk med 225 kg. Da den europæiske hjælpemiddelstandard DS/EN 12182:2012 foreskriver test med sikkerhedsfaktor 1,5 er produktets nominelle maksimalbelastning derfor 150 kg.
Vægt	4,4 kg
Vægt emballeret	4,7 kg
Vægt pr. kolli	4,7 kg

Toiletsæde Dania med låg, 50 mm forhøjet
Med styrebuffer og specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Inkl. stænkskærm.

Antal pr. kolli	1
Antal pr. palle	0
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af toiletsædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Til desinficering af sædet kan f.eks. anvendes ethanol 85%. Det er vigtigt at sædet aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering, og at det herefter aftørres med en tør og blød klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com