




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Brusemadras til MSCT 1 og MSCT 4 R844721302
Farve	Tingrå
Produktbeskrivelse	VVS: 777542822 EAN: 5708590373928 HMI: 128434  Brusemadras til MSCT 1 og MSCT 4 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slange. Brusemadras til MSCT 1 og MSCT 4 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slange.
Materialer	Madrassens betræk er (svejset) polyester med PVC-belægning. Det er UV-resistent og 100% vandtæt. Det indeholder hverken CFC eller latex. Skummet er fleksibelt polyurethanskum på polyetherbasis, som er godkendt i henhold til Øko-tex 100, klasse 1.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	Brusemadras til MSCT 1 og MSCT 4
Varenummer	R844721302
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Tvættsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
Overensstemmelses- erklæring	<p>Dette produkt opfylder alle relevante krav i Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr i risikoklasse I. Det anses for at være tilbehør til medicinsk udstyr, da det ikke i sig selv er medicinsk udstyr, men er bestemt til at blive anvendt sammen med flere slags bestemt medicinsk udstyr, for specifikt at muliggøre, at det medicinske udstyr kan anvendes i overensstemmelse med sit erklærede formål.</p>