




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4 R844721304
<b>Färg</b>	VVS: 777542821 EAN: 5708590373935 HMI: 128434  Pärlgrå
<b>Beskrivning</b>	  Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4 mobil duschbrits, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slang.  Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4 mobil duschbrits, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slang.
<b>Material</b>	Madrassöverdraget är svetsat polyester med PVC-beläggning. Det är UV-beständigt och 100% vattentätt. Den innehåller varken CFC eller latex. Skumfyllningen är flexibelt polyeterbaserat polyuretanskum, godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

<b>Product</b>	Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4
<b>Varunummer</b>	R844721304
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Sprit (husholdningssprit) Tvättspirit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	<p>Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter i risk klass I. Denne produkt är <b>tillbehör</b> till en medicinteknisk produkt, da den i sig inte är en medicinteknisk produkt, men som är avsedd att användas tillsammans med flera bestämda medicintekniska produkter för att särskilt möjliggöra användningen av de medicintekniska produkterna för deras avsedda ändamål.</p>

pressalit.com