




PRESSALIT®

Produkt	Brusemadras til MSCT 1 og MSCT 4
Varenummer	R844721302
	VVS: 777542822 EAN: 5708590373928 HMI: 128434
Farve	Tingrå
Produktbeskrivelse	Brusemadras til MSCT 1 og MSCT 4 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slange. Brusemadras til MSCT 1 og MSCT 4 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slange.
Materialer	Madrassens betræk er (svejset) polyester med PVC-belægning. Det er UV-resistent og 100% vandtæt. Det indeholder hverken CFC eller latex. Skummet er fleksibelt polyurethanskum på polyetherbasis, som er godkendt i henhold til Øko-tex 100, klasse 1.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.





Produkt	Brusemadras til MSCT 1 og MSCT 4
Varenummer	R844721302
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Tvættsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREVention Wipes Linettes Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.