




# PRESSALIT®

<b>Article</b>	VALUE II barre de relèvement, 850 mm
<b>Numéro article</b>	R1181000
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Description</b>	<p>VVS:615892100 NRF:6191059 EAN:5708590373010 HMI: 138203</p>  <p>VALUE et VALUE II barres de relèvement avec l'aile ALBA profil de montage sont conçus pour usage avec SELECT TL3 et TL4 ensembles wc. Le réglage en hauteur électrique de l'ensembles wc est fait uniquement avec le panneau de commande sur la barre de relèvement.</p> <p>VALUE II barre de relèvement, 850 mm, rabattable, réglable en hauteur 150 mm sans outils (par la main droite). Fournit un soutien ferme en position assise, debout ou lors du transfert vers et depuis les toilettes. Materiaux : acier revêtu de Rilsan et aluminium moulé sous pression. Pour montage sur TL3/TL4 ensemble wc électrique/manuelle, aile ALBA profil de montage inclus. Pour montage sur le côté gauche de l'utilisateur.</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur
<b>Hauteur de réglage</b>	150 mm
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible : 120 kg
<b>Materiaux</b>	La barre de relèvement est fait en acier revêtu de Rilsan qui est confortable à toucher, facile à nettoyer et qui protège contre la corrosion. L'aile ALBA profil de montage est fait en aluminium moulé sous pression.
<b>Ergonomie</b>	VALUE II barre de relèvement avec aile ALBA, 850 mm, blanc. Réglable en hauteur, avec la main droite, pour réquipement sur TL3/TL4 (gauche)
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



<b>Article</b>	VALUE II barre de relèvement, 850 mm
<b>Numéro article</b>	R1181000
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
<b>Déclaration de conformité</b>	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



PRESSALIT®

<b>Article</b>	VALUE II barre de relèvement, 850 mm
<b>Numéro article</b>	R1181000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®